




Mess- und Registriereinrichtung MRE-2



Mindestbetäubungszeit TBmin

Einstellung: Poti R 35

Messpunkt: J 4

4 sec -- 2 Volt
8 sec -- 4 Volt

Mindestbetäubungsstrom Ibet

Einstellung: Poti R 37

Messpunkt: J 5

1.0 A -- 1.0 Volt
1.3 A -- 1.3 Volt
2.5 A -- 2.5 Volt